

İHALE ZEYİLNAME BİLDİRİMİ

ZEYİLNAME BİLGİLERİ	
Zeyilname Bildirim Tarihi:	05.04.2022
Zeyilname Konusu:	İhale İlanının Güncellenmesi
İdare:	Bahçeşehir Üniversitesi
AÇIKLAMA	
31.03.2022 tarihinde ilan edilmiş olan “DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AĞIZ İÇİ FOSFOR PLAK TARAMA CİHAZI ALIMI ” ihalesi ile ilgili aşağıda belirtilen değişiklikler sebebi ile zeyilname yapılma ihtiyacı hâsıl olmuştur. Zeyilnameye konu değişiklikler aşağıda listelenmiştir:	
ZEYİLNAMEYE KONU DEĞİŞİKLİKLER	
- İdari Şartname Madde 3’ün aşağıdaki şekilde revize edilmesi kararlaştırılmıştır;	
İhale Türü : Açık İhale – Birim Fiyat – En Ekonomik Fiyat İhale No : 2022.DHF.06 İlan Tarihi : 31.03.2022 Son Teklif Verme Tarihi : 07.04.2022 Saati: 14:30 Teklif Verme Yeri : Satın Alma Daire Başkanlığı– Çırağan Caddesi Sinan Paşa Kuyu Sk. No:2 K:4 34353 Beşiktaş / İSTANBUL İhale Gerçekleştirme Tarihi : 07.04.2022 Saati: 14:30 İhale Gerçekleştirme Yeri : Satın Alma Daire Başkanlığı– Çırağan Caddesi Sinan Paşa Kuyu Sk. No:2 K:4 34353 Beşiktaş / İSTANBUL	
Teknik şartnamede aşağıdaki şekilde revize edilmesi kararlaştırılmıştır;	
AĞIZ İÇİ FOSFOR PLAK TARAMA CİHAZI-1	
8.	Fosfor plakların 5 farklı boyutu olmalı ve boyutlar aşağıdaki gibi olmalıdır.
a)	Size #0 20 mm x 30 mm
b)	Size #1 20 mm x 40 mm
c)	Size #2 30 mm x 40 mm
d)	Size #3 27 mm x 54 mm
e)	Size #4 57 mm x 75 mm
f)	Plak boyutları belirtilen ölçülerde + - 5 mm (artı/eksi bir mm) olmalıdır.
14.	Cihazdan en az 3 farklı çözünürlük ve piksel boyutunda görüntü alınabilmelidir.
30.	Cihaz ile birlikte cihaz ile aynı markaya ait orijinal görüntü işleme programı verilmelidir. Windows işletim sistemleri ile uyumlu yazılımı Türkçe olmalı ve aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:
	<ul style="list-style-type: none">Manuel ve kademeli büyütme (zooming)Beraber ve ayrı olmak üzere 2 seçenekli kontrast ve parlaklık ayarıGama ayarıEn az 3 ayrı gri skala kontrast tonlamasıGörüntü renklendirmeGörüntü kalibrasyonuGörüntüyü döndürme ve ayna görüntüsü almaGörüntü üzerine not yazma ve işaret koymaNegatif görüntü elde etme

- Uzunluk ve açı ölçümü
 - Histogram programı
 - Çürükler, endodonti, periodonti, gürültü azaltma ve HD filtreleri
 - Farklı formatlarda görüntüyü kaydetme
 - Görüntüyü CD / DVD yazdırma
31. Cihazın boyutları 234 x 226 x 243 (\pm %10) mm (Y x G x D) olmalıdır.

AĞIZ İÇİ FOSFOR PLAK TARAMA CİHAZI-2

9. Cihazın boyutları 226 x 234 x 243 (\pm %10) mm (yükseklik x genişlik x derinlik), ağırlığı ise en fazla 6.5 kg olmalıdır.
13. Cihazın tarama süresi en düşük çözünürlükte 8 saniyeyi geçmemelidir. Tarama süresi sabit veya seçilen çözünürlük seviyesine göre artıp azalabilmelidir.
25. Cihaz ile birlikte, cihaz ile aynı markaya ait orijinal görüntü işleme programı verilmelidir. Windows işletim sistemleri ile uyumlu yazılımı Türkçe olmalı ve aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:
- Manuel ve kademeli büyütme (zooming)
 - Beraber ve ayrı olmak üzere 2 seçenekli kontrast ve parlaklık ayarı
 - Gama ayarı
 - En az 3 ayrı gri skala kontrast tonlaması
 - Görüntü kalibrasyonu
 - Görüntüyü döndürme ve ayna görüntüsü alma
 - Görüntü üzerine not yazma ve işaret koyma
 - Negatif görüntü elde etme
 - Uzunluk ve açı ölçümü
 - Histogram
 - Çürükler, endodonti, periodonti, gürültü azaltma ve HD filtreleri
 - Farklı formatlarda görüntüyü kaydetme
 - Görüntüyü CD / DVD yazdırma