

İHALE ZEYİLNAME BİLDİRİMİ

ZEYİLNAME BİLGİLERİ	
Zeyilname Bildirim Tarihi:	04.04.2022
Zeyilname Konusu:	İhale İlanının Güncellenmesi
İdare:	Bahçeşehir Üniversitesi
AÇIKLAMA	
31.03.2022 tarihinde ilan edilmiş olan “DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AĞIZ İÇİ FOSFOR PLAK TARAMA CİHAZI ALIMI ” ihalesi ile ilgili aşağıda belirtilen değişiklikler sebebi ile zeyilname yapılma ihtiyacı hâsıl olmuştur. Zeyilnameye konu değişiklikler aşağıda listelenmiştir:	
ZEYİLNAMEYE KONU DEĞİŞİKLİKLER	
-Teknik şartnamede aşağıdaki şekilde revize edilmesi kararlaştırılmıştır;	
A. X-IŞIN TÜPÜ VE X-IŞIN JENERATÖRÜ	
A9. X-ray tüpü tek seferde görüntü alma açısı 360 derece ile rotasyon yapabilecek ve/veya fov alanına göre 200 derece ile 360 derece arasında rotasyon yapabilecek özellikte olacaktır.	
A10. Hasta sabitleme çeneliği, aşağı-yukarı, sola-sağa ve ileri-geri hareketlerini bağımsız motorlarla sağlayabilmeli veya hasta stabilitesi için çene dayanağı yok veya hareketsiz ise baş dayama aparatı olmalıdır, yada çekim için pozisyonlanmış hastaya çekim alanı için cihaz C kolunu otomatik olarak pozisyonlayarak çekim yapılmalıdır.	
A12. X-ray tüpü sabit veya döner anod tipi olmalı, anod tipi dönerli ise en az 8000 (± 1000) rpm hızda çalışmalıdır.	
B. DEDEKTÖR SİSTEMİ	
B3. Çekilen görüntünün gri skala değeri en az 15 bit olmalıdır.	
B7. Cihazın x-ray uygulama süresi tercih edilen programa göre değişiklik gösterebilmeli, cihazın x-ışını uyguladığı süre, ekonomik doz çözünürlükte en fazla 3 (± 2) saniye, yüksek çözünürlükte en fazla 5 (± 2) saniye olmalıdır veya tarama süresi 40 saniyeyi aşmamalıdır. Cihaz, panoramik, sefolometrik, AP ve PA röntgenleri one shot yada ayrı bir sensor ile çekebilmelidir.	
Madde 7.5. İstekliler teklif ettikleri donanımlara ait Gümrük ve Ticaret Bakanlığı onaylı Garanti Belgesini veya İlgili ürene ilişkin ithalatçı/disbiritör/yüklenici garantisini ile beraber ürünleri İdareye teslim edecektir.	